

Yên Bái, ngày 11 tháng 6 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật  
tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái chúng tôi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn kỹ thuật tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái với nội dung cụ thể như sau: (theo danh mục thiết bị phụ lục 01 đính kèm)

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 721 đường Yên Ninh, p Minh Tân, tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông: Phạm Thanh Tùng - Chức vụ: Nhân viên

- Số điện thoại: 0974 29 8686

- Địa chỉ email: tunganhtbyt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – KSNK , Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Yên Bái

- Nhận qua email: tunganhtbyt@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 12/6/2024 đến trước ngày 18/6/2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Yên Bái rất mong nhận được sự tham gia của quý Công ty

GIÁM ĐỐC  


Trần Văn Quang

**PHỤ LỤC 01. DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ**

TT	Tên thiết bị	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	<p><b>Kính hiển vi hai mắt</b>  <i>Model: CX23</i>  <i>Hãng sản xuất: Evident (Thương hiệu: Olympus/Nhật)</i>  <i>Xuất xứ: Trung Quốc</i></p> <p><b><u>Cung cấp bao gồm:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thân kính hiển vi: 01 cái</li> <li>- Thị kính 10x, đường kính vi trường 20 mm: 02 cái</li> <li>- Vật kính phẳng 4X: 01 cái</li> <li>- Vật kính phẳng 10X: 01 cái</li> <li>- Vật kính phẳng 40X: 01 cái</li> <li>- Vật kính phẳng 100XOil: 01 cái</li> <li>- Lọ dầu soi 8cc: 01 cái</li> <li>- Dây điện nguồn: 01 cái</li> <li>- Túi phủ: 01 cái</li> <li>- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> <p><b><u>Thông số kỹ thuật:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống quang học Vô cực</li> <li>- Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử 48 – 75mm. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát.</li> <li>- Thị kính chống mốc 10X, quang trường rộng F.N 20, góc nhìn 30°, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop</li> <li>- Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính.</li> <li>- Vật kính phẳng 4X/ độ mờ 0.10, khoảng cách làm việc 27.8 mm</li> <li>- Vật kính phẳng 10X/ độ mờ 0.25, khoảng cách làm việc 8.0 mm</li> <li>- Vật kính phẳng 40X/ độ mờ 0.65, khoảng cách làm việc 0.6 mm</li> <li>- Vật kính phẳng 100XOil/ độ mờ 1.25, khoảng cách làm</li> </ul>	01	-	-

<p>việc 0.13 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phóng đại 1000 lần</li> <li>- Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải.</li> </ul> <p>Hành trình di chuyển mẫu: X x Y 76 x 30mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng, có 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng từ 1.8 – 29 mm, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống</li> <li>- Nguồn sáng đèn LED, công suất 0.5 W, tuổi thọ dài 20.000 giờ</li> <li>- Điều chỉnh tiêu cự tinh/thô nhẹ dễ dàng, giới hạn điều chỉnh tiêu cự 15 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là 2.5<math>\mu</math>m. Điều chỉnh tinh 0.3 mm/vòng quay</li> <li>- Khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng</li> <li>- Chống trượt trên thân kính có đầu nổi dùng cho khóa kính</li> <li>- Thiết kế công năng phía sau thân kính được thiết kế hộc chứa dây cáp điện khi không dùng</li> </ul> <p><b>Khả năng nâng cấp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kính hiển vi nền đen</li> <li>- Gương để quan sát</li> </ul>			
---	--	--	--

## PHỤC LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_\_ tháng \_\_\_\_\_ năm \_\_\_\_\_

### BẢNG CHÀO GIÁ

**Kính gửi:** Bệnh Viện Sản – Nhi Yên Bái

Công ty \_\_\_\_\_ (Tên đơn vị Báo giá) xin kính gửi quý khách hàng bảng báo giá danh mục thiết bị y tế theo bảng tổng hợp như sau:

STT	Tên trang thiết bị y tế	Hãng sản xuất/ Nước Sản xuất	Hãng / Nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn Giá (Đã có VAT) VNĐ	Thành tiền (VNĐ)
1	(Ghi tên danh mục theo bảng danh mục yêu cầu chào giá)	(Ghi Hãng/ Nước nơi sản xuất thiết bị)	(Ghi Hãng/ Nước sở hữu thiết bị)	(Ghi Đơn vị tính)	(Ghi theo số lượng yêu cầu chào giá)	(Ghi rõ số tiền bằng số)	(Ghi rõ số tiền bằng số)

#### Các điều khoản khác:

Phần nội dung này tùy vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà đơn vị cung cấp ghi thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tổng giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại thuế khác theo quy định hiện hành
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái
- Thời gian bảo hành của hàng hóa \_\_\_\_\_ tháng (tối thiểu 12 tháng)
- Tiến độ thực hiện Hợp Đồng \_\_\_\_\_ tháng (ngày)
- Thời gian hiệu lực của Báo giá \_\_\_\_\_ tháng (ngày)
- Các điều khoản liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, bảo hành, điều khoản thanh toán, và các điều khoản khác nếu có

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY  
(Ký tên, đóng dấu)